

# 广东省职业病防治院高压灭菌器 采购公告

我院本次采购高压灭菌器采用询价采购方式进行采购，有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB201806-04
2. 项目名称：广东省职业病防治院高压灭菌器采购公告
3. 项目限价：人民币 5 万元正
4. 项目内容：

名称	数量（台）	技术参数要求
高压灭菌器	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 容量 (L): 大于 50 L</li> <li>2. 最高温度 Max:140℃ 0.27MPa (2.7kg/cm<sup>3</sup>)</li> <li>3. 温度范围 灭菌 40-140℃；融化 40-99℃；保温 40-60℃</li> <li>4. 操作时间 灭菌、融化：0 分钟-10 小时或连续；保温：0 分钟-48 小时</li> <li>5. *专为处理培养基设计的保温及融化功能。</li> <li>6. 控制器 微处理机控制，图形显示</li> <li>7. 操作模式 A: 加热→灭菌→排气(可调); B: 加热→灭菌→排气(可调)→保温; C: 融化→保温</li> <li>8. 空气排出装置 温度传感器，时间控制及电磁阀（定时排空气系统）</li> <li>9. 带干燥的操作模式 D: 加热→灭菌→排水→干燥; E: 只干燥 干燥装置 用电热器和空气泵（真空泵）使热空气通过，0.2 μm 的微孔过滤器后循环排放</li> <li>10. 温度范围 60-180℃；</li> <li>11. 定时范围 0 分钟-99 小时或连续</li> <li>12. 安全装置 高压灭菌器双内锁系统(机械锁和电子锁双锁控制)，舱盖关闭检查系统，过压检测，超温检测，高压灭菌器有漏水保护，传感器断路指示，不正常时间指示。断电记忆，安全阀，轻微漏电，过流与短路断路器。 排水板，软管，不锈钢丝篮（2 个），排出汽冷凝液收集瓶，（排水板，不锈钢软管）</li> <li>13. 含有:主机、电源、不锈钢网篮 2 个、排水罐、不锈钢配件</li> <li>14. 提供整机压力容器特检证、压力表和安全阀计量报告。</li> </ol>

5. 交货时间：签订合同后 20 日内。

6. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

(2) 所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

(3) 报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、调试、含税发票等。

8 报价截止时间：2018 年 6 月 15 日下午 17:00 时前。

9. 以上资料必须密封在标准的档案袋中，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。报价递交（或邮寄）地点：广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院综合楼 405 房。

10. 采购联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091 。