

广东省职业病防治院采购卡式蒸汽 灭菌器招标公告

我院本次采购卡式蒸汽灭菌器项目，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

1、项目编号：GDZFYSB201903-03

2、项目名称：广东省职业病防治院采购卡式蒸汽灭菌器招标公告。

3、项目最高限价：人民币 1.5 万元整。

4、采购数量：1 台。

5、本台仪器技术参数及要求如下。

5.1、灭菌效果可靠，迅速，非包裹灭菌全过程时间 6 分钟，适用于口腔科，眼科等科室小型器械的消毒灭菌。

5.2、设备尺寸约：57cmx41.5cmx17cm； 灭菌腔尺寸约：28cmx18cmx3.8cm； 灭菌盒尺寸（外）约：39cmx19.6cmx4cm

5.3、操作简便，系统运行情况显示于屏幕；可以随时安全地中断灭菌程序。

5.4、具备自我检测系统，一旦在运行过程中出现问题，系统自动中止运作，并将故障代码显示于屏幕。

5.5、适用于含腔器械和实心器械灭菌，可以进行非包裹灭菌。

5.6、卡式灭菌器须已通过国家安全检测标准。

5.7、主要性能指标：

5.7.1、最高工作压力：242kPa。

5.7.2、工作压力范围：42 kPa ~ 212kPa。

5.7.3、最高工作温度：138℃。

5.7.4、工作温度范围：110° C ~ 135℃。

5.7.5、容积：约 1.8 升。

5.7.6、水源：蒸馏水。

5.7.7、电源电压/频率：AC 220V ± 22V/50Hz ± 1Hz。

5.7.8、输入功率：≤1.3kVA。

5.7.9、大气压力范围：86.0kPa ~ 106.0kPa (海拔 2000 米以下)。

5.7.10、环境温度范围：+5℃ ~ +40℃。

5.7.11、蒸汽发生器功率：1.2kVA ± 5%。

5.7.12、熔断器：F6A250V φ 5 × 20mm

5.7.13、安全阀整定压力：0.25MPa。

5.7.14、设备工作介质：水蒸汽。

5.7.15、工作相对湿度：≤80%。

5.7.16、正常使用场所：工作室內。

5.7.17、工作方式：间歇运行。

6、交货时间：签订合同后 20 日內。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。

7.4 技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日內完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

（1）质量保证期为验收合格后 1 年

（2）质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务。

（3）投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

厂家在广东省有分公司或维修站，能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 12 小时响应；72 小时到现场。

在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、安全检测报告及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等。

8、递交投标文件截止时间：2019 年 3 月 21 日下午 17:00 时前。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋內，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码，请递交（或邮寄）到广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院综公楼 405 房钟小姐，联系电话：020-34063091。