

# 广东省职业病防治院采购全自动洗板机

## 招标公告

我院本次采购全自动洗板机项目，主要用于临床检验之用，本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202102-01
- 2、项目名称：采购全自动洗板机项目招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥21,000.00 元。
- 4、采购数量：1 台（套）。
- 5、技术参数及要求如下。

### 5.1、技术参数、要求、数量

序号	产品名称	主要技术参数及功能	数量
1	全自动洗板机	1、▲ 低残液量，平均每孔 $\leq 1\mu\text{L}$ ，消除高背景信号，确保可靠的分析结果 2、采用 $\geq 4.3$ 英寸彩色液晶屏显示，操作直观简便 3、用户界面直观易懂，只需简单培训即可轻松掌握方法 4、适用多种规格微孔板：平底、U型底、V型底和C型底 5、▲ 清洗方式：一点、两点 and 多点清洗 6、洗瓶内管路内置滤网和自动冲洗功能防止洗液堵塞管道 7、可设置洗液管路冲洗和蒸馏水洗功能，冲洗时间和间隔板数可调 8、▲ 清洗头：1x8 或 1x12，适用国内外各种大小不同的96孔酶标板 9、▲ 具有暂停功能，按暂停键后可继续完整执行后面的洗板程序 11、洗液瓶具有均匀体积刻度线，清洗用完报警功能，废液满自动报警功能 12、自动贮存 $\geq 100$ 个用户洗板程序；可同时进行微孔板浸泡和振荡 13、清洗体积：50-2000 $\mu\text{L}$ ，以50 $\mu\text{L}$ 递增 14、注液准确性： $\leq 2.0\% @ 300\mu\text{L}$ 15、▲ 针位控制：独特的加样器定位系统可进行水平和垂直方向的调节	1 台（套）

### 5.2、本项目带▲为响应条款，否则按排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 10 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

7.4 技术服务

(1) 中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条

件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

(2) 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

#### 7.5、质量保证

7.5.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

7.5.2、质量保证期为验收合格后壹年以上。

7.5.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

#### 7.6、厂家在中国的售后服务体系

7.6.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

7.6.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含二次搬运到 3 楼指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2021 年 02 月 01 日至 2021 年 02 月 07 日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。