

# 广东省职业病防治院采购二氧化碳分析仪

## 招标公告

我院本次采购二氧化碳分析仪项目，主要用于测定空气中二氧化碳的含量之用，本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB202102-02
- 2、项目名称：采购二氧化碳分析仪招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥14,000.00 元。
- 4、采购数量：1 台（套）。
- 5、技术参数及要求如下。

序号	产品名称	主要技术参数及功能	数量
1	二氧化碳分析仪	测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR） 采样方式：内置泵吸式 测量范围：0~1.000% 分辨率：0.001% 重复性：≤1% 满刻度 零点漂移：≤±2% 满刻度/h 跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h 温度附加误差：（在 10℃~45℃）≤±2% 满刻度/10℃ 预热时间：≤10min 响应时间：t0~t90≤15S 流量范围：（0.5-1.0）L/m 重量：≤500g	1 台（套）

6、交货时间：签订合同后 10 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

7.4、技术服务

（1）中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

7.5.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

7.5.2、质量保证期为验收合格后壹年以上。

7.5.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

7.6.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能24小时响应；72小时到现场。

7.6.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照本公告“第5点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含二次搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在2021年02月18日至2021年02月24日期间（上午08:00至12:00，下午14:00至17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街68号，广东省职业病防治院办公楼405房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。