

广东省职业病防治院电热板采购公告

我院本次采购电热板采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFY202303-03
- 2、项目名称：广东省职业病防治院电热板采购项目。
- 3、最高限价（人民币）：1.458 万元。
- 4、采购数量：1 台。
- 5、技术参数及配置要求：

名称	技术参数及配置要求
电热板	1. 传热材质：高纯石墨表面喷涂耐高温防腐材料处理
	2. ▲高防腐等级，所有外露部件全部进行聚四氟乙烯/耐高温防腐材料喷涂处理，无金属部件裸露
	3. 控温范围不少于：室温~370℃；加热功率：≥3200W；控温精度：≤±2℃，LCD数字显示控温
	4. 加热板面尺寸≥：540×360mm
	5. ▲分体控制设计，外接控制器可置于通风橱外使用，避免腐蚀性试剂对控制部分的损害，控制器与主机连接线长度大于1.6m
	6. 主机电路盒全密封防腐设计，电路盒接线柱采用聚四氟乙烯材料密封防腐处理
	7. 主机电路盒与加热模块双隔热层设计，避免高温对电子元件的损害，隔热层采用防腐陶瓷立柱支撑
	8. 过热保护功能；超温报警功能
	9. 整机通过防腐处理
	10. 智能定时操作模式，定时范围不少于1min~99h

6. 保修期：不少于三年。
7. 交货时间：签订合同后 30 日内。
8. 合格报价人的基本条件：
 - 8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
 - 8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。
 - 8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证（II/III类）。

9、报价文件要求：

(1) 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。

(2) 对照“第5点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10、符合资格的报价公司请于 2023 年 03 月 27 日至 2023 年 04 月 03 日期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：刘小姐，联系电话：020-34063091。