

# 广东省职业病防治院除颤仪采购公告

我院本次采购除颤仪项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB202303-04
2. 项目名称：广东省职业病防治院除颤仪采购项目
3. 最高限价（人民币）：6.3万元整
4. 采购数量：1台
5. 技术参数及配置要求

名称	技术参数及配置要求
除颤仪	1、▲彩色 TFT 显示屏 $\geq 6.5$ 英寸，分辨率 $\geq 800 \times 480$ 像素，可显示 $\geq 3$ 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
	2、支持中文操作界面，屏幕显示心电波形扫描时间 $\geq 10s$ 。
	3、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤功能。
	4、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
	5、▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分18档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量 $\geq 300J$ 。
	6、▲电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
	7、AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 $\geq 150$ 分钟。
	8、开机时间 $\leq 3s$ ，符合临床使用，除颤充电迅速，充电至200J $\leq 4s$ 。
	9、心律失常分析种类 $\geq 18$ 种。
	10、▲提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。
	11、▲支持连接中央站，与我院床旁监护仪共用监护网络。
	12、支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
	13、配置不少于1块外置智能锂电池，可支持200J除颤 $\geq 200$ 次。
	14、▲具备生理报警和技术报警功能。
	15、▲发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

	16、配置记录仪，可自动打印除颤记录。
	17、支持≥24 小时连续 ECG 波形的存储，数据可导出至电脑查看，支持≥100 名患者档案存储与回顾功能，支持≥800 个事件的存储与回顾功能，支持≥72 小时体征趋势数据的存储与回顾功能。
	18、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。
	19、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
	20、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。
	21、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受 6 面不少于 0.5m 跌落冲击。
	22、承担首次计量检定费用，并提供计量检定结果合格的报告作为验收依据。
配置	标配

6. 保修期：不少于三年免费保修，终生维修服务。

7. 交货期：签订合同后 30 日内

8. 合格报价人的基本条件：

8.1 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

8.2 报价人为所投产品的制造商或者代理商。

8.3 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。

9. 报价文件要求：

9.1 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章。

9.2 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效。带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果。

9.3 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码。

10. 符合资质的供应商请在 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 03 日期间(上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外)，把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：刘小姐，联系电话：020-34063091。