

广东省职业病防治院不锈钢代谢笼项目采购公告

我院本次采购不锈钢代谢笼项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFY SB202303-05
- 2、项目名称：广东省职业病防治院不锈钢代谢笼项目采购。
- 3、最高限价（人民币）：3万元整。
- 4、采购数量：44个。
- 5、技术参数及配置要求：

序号	名称	技术参数	数量
1	不锈钢代谢笼	<ol style="list-style-type: none">1. 不锈钢代谢笼材质：304 不锈钢。2. 单个笼宽*深*高=24*25*20cm。要求尿粪分离完全、无相互污染。尿、粪瓶接口使用硅胶塞。3. 每套含不锈钢支架一个（支架采用 25*25*1.2mm 的管材，2 层，每层 5 笼，梁外框采用 25*25*1.2mm 的管材，内镶厚 1.0mm 的不锈钢板，带 4 个 4 寸万向轮，轮子耐磨不掉色），每笼含不锈钢饲料盒、饮水瓶、不锈钢漏斗式托盘，带有积尿瓶和积粪瓶。代谢笼要求适用于大小鼠，并与旧代谢笼架相匹配。瓶塞使用硅胶材质。	10 个 / 套，共 4 套；4 个单独备用

6. 保修期：不少于三年。
7. 交货时间：签订合同后 30 日内。
8. 合格报价人的基本条件：
 - 8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
 - 8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。
 - 8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证（II/III类）。

9、报价文件要求：

- (1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章。
- (2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。
- (3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

- 10、符合资格的报价公司请于 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 03 日期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：刘小姐，联系电话：020-34063091。