

# 广东省职业病防治院伽马刀检测新增配件采购公告

我院伽马刀检测新增配件项目采用议价方式进行采购,欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下:

1. 项目编号: GDZFYSB202401-04
2. 项目名称: 广东省职业病防治院伽马刀检测新增配件采购项目
3. 最高限价(人民币): 9.3万元整
4. 采购数量: 1批
5. 技术参数及配置要求

序号	产品名称	主要技术参数	数量
1	伽玛星伽玛刀头部检测模体配件	★1. 适配现有 160mm 球模; 2. 材质: 有机玻璃; 3. 外形尺寸不大于 210mm×100mm×170mm; 4. 通过定位块安装在治疗床的定位位置。	1套
2	伽玛星伽玛刀体部检测模体配件	★1. 适配现有体部椭圆模体; 2. 材质: 有机玻璃; 3. 外形尺寸不大于 120mm×100mm×50mm; 4. 通过定位块安装在治疗床的定位位置。	1套
3	海博伽玛刀体部检测模体配件	★1. 适配现有体部椭圆模体; 2. 材质: 有机玻璃; 3. 外形尺寸不大于 300mm×230mm×30mm; 4. 通过定位销钉安装在治疗床的定位位置。	1套
4	一体伽玛刀头部检测模体配件	★1. 适配现有 160mm 球模; 2. 材质: 不锈钢; 3. 外形尺寸不大于 105mm×80mm×10mm; 4. 通过定位销钉安装在头部定位框架上。	1套
5	一体伽玛刀体部检测模体配件	1. 适配现有体部椭圆模体; 2. 材质: 有机玻璃; 3. 外形尺寸不大于 430mm×260mm×30mm; 4. 通过定位螺钉安装在治疗床的定位位置。	1套
6	玛西普头部伽玛刀检测模体配件	1. 适配现有 160mm 球模; 2. 材质: 铝合金; 3. 外形尺寸不大于 75mm×30mm×12mm; 4. 通过定位销钉安装在玛西普伽玛刀治疗床的定位耳轴上; ★5. INFINI 模体的电离室适配棒 2 个, 适配 0.016cc 电离室和半导体电离室。	1套
7	包装箱	配套放置 1-6 项配件, 符合长途运输及寄运条件, 对以上配件在运输途中起到可靠的保护作用。	3个

6. 设备验收：如属计量设备，验收时需提供计量合格或校准证书，计量或校准所产生费用由供应商承担。

7. 保修期：提供不少于 3 年的免费质保，终身维护；

8. 交货期：签订合同后 15 日内；

9. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

(2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；

(3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。

10. 报价文件要求：

(1) 对照“第 9 点”的相关证照复印件加盖公章；

(2) 对照“第 5 点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期、议价方式）。

(4) 本项目**议价时间**为 2024 年 01 月 25 日下午 4 点，本项目**接受现场议价和电话议价两种方式**，报价公司请在报价文件封面及报价单内注明选择哪种方式议价。参加现场议价的公司代表请于**议价时间**到达本单位办公楼 4 楼会议室参加议价；选择电话议价请在 2024 年 01 月 25 日下午 4 点至 5 点时间段内保持联系电话畅通。如有特殊情况不能如期议价，将会电话通知已交报价文件公司联系人。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机号码、参加的**议价方式**。

11. 符合资质的供应商请在 2024 年 01 月 19 日至 2024 年 01 月 24 日中午 12 点期间把响应文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟老师，联系电话：020-34063091。